



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS SEÇÃO DE LICITAÇÕES

*Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico*

*São Carlos, Capital da Tecnologia*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021

PROCESSO Nº 1358/2020-SMS

ID: 854576

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E INSUMOS PARA EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de março do ano de 2021, às 08h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa MEDLEVENSOHN, referente à licitação em epígrafe.

## QUESTIONAMENTO

*“O LOTE 3 que prevê o fornecimento de lanceta 28G cuja profundidade seja 1,6mm. Esta interessada entende que a profundidade definida no descritivo seja de ATÉ 1,6mm. Este entendimento está correto?”*

*Afinal, quanto menor a profundidade maior será o conforto para o usuário, além disso, o que determina o fluxo do sangue é o GAUGE e não a profundidade.*

*Considerando que quanto maior o número de licitantes participantes maior a competitividade e haverá maior disputa de lances.*

*Considerando que quanto menor a profundidade da lanceta, mais confortável e menos dolorosa é a punção para o usuário.*

*Pergunta-se:*

- 1. As licitantes poderão cotar lancetas 28G com profundidade de ATÉ 1,6mm?*
- 2. Quais as vantagens que a lanceta 28G com profundidade 1,6mm poderão trazer e que as lancetas 28G com 1,4mm não oferecem??”*

## RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

*“Favor manter o descritivo atual da lanceta, 28G e profundidade 1,6mm”.*

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

*Fernando J. A. Campos*  
Autoridade Competente

*Leandro R Ferreira*  
Pregoeiro

*Daniel M. Carvalho*  
Membro