



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

PROCESSO Nº 2191/2022

ID 994213

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de 2023, às 16h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail por **BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA** referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTOS:

O Edital no descritivo das seringas 20ml, solicita que a seringa possua BICO LATERAL (spin Lock) adaptável a qualquer agulha.

Gostaria de saber se o descritivo encontra-se correto, se realmente está sendo cotado uma seringa com BICO LATERAL E LOCK.

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Informo que realmente o descritivo da seringa de 20 ml está incorreto.

Segue descritivo correto:

Seringa de 20ml sem dispositivo de segurança com Bico lateral devem seguir cada uma das especificações: Seringa descartável, em plástico apropriado, com capacidade para 20 ml, sem agulha, atóxica, apirogênica, esterilizada a óxido de etileno, com cilindro altamente transparente e anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo, com escala graduada de alta precisão, traços e número claros, legíveis e fixos. Pistão em material apropriado, livre de látex, que tenha perfeita adaptação à parte superior do embolo, que impeça o extravasamento do líquido e deslize com facilidade, embolo firme de fácil manuseio. Bico lateral (luer slip) medindo 1,5 cm, adaptável a qualquer agulha. Embalada individualmente, com um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida, que garanta a integridade e esterilidade do produto, com abertura em pétala que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS 23/10/96 e possuir selo do IMMETRO.

A Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico – Sistema Informatizado de Licitações promoverá as alterações necessárias no edital em epígrafe para sua posterior republicação.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Fernando J. A. Campos
Autoridade Competente

Leonardo L. C. Luz
Pregoeiro

Diogo Santos da Silva
Membro