

OLYMPUS

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

- SP

**À
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.937.243/0001-01, com sede na Rua do Rocio, nº430, 2º andar, Vila Olímpia, CEP: 04.552-906, nesta Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, por intermédio de seus Procuradores, abaixo descritos, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro na legislação pertinente apresentar

CONTRARRAZÕES À RECURSO

Ao Pregão Eletrônico em epígrafe, pelos motivos e fundamentos que a seguir passará a expor:

I – DA TEMPESTIVIDADE:

Mencione-se, de início, que a presente é absolutamente tempestiva, eis que atende ao prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 – 2º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04552-906 – (11) 3046-6400 // 3046-6599 – obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com

Página 1 de 7

DS
GP

OLYMPUS

contrarrazões após a apresentação de recurso, nos termos do Art. 4º, inciso XVIII da lei nº 10.520/2002.

Desta forma, a presente contrarrazão é totalmente tempestiva, merecendo análise na forma do requerimento final, impugnando-se desde já quaisquer alegações em sentido contrário.

II – DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Trata-se do PREGÃO ELETRÔNICO nº 092/2019, com a finalidade de Aquisição de Microscópio Óptico Binocular.

No dia 02/12/2019, ocorreu a sessão de lances do referido pregão, e sendo finalizada a mesma, havia se consagrado vencedora do item 20 do certame, a licitante Carl Zeiss do Brasil Ltda., ora recorrente.

Ocorre que, a própria fora desclassificada pelo órgão, e houve falha do mesmo em convocar a segunda classificada, por não ter feito o mesmo via Chat e/ou e-mail, não cumprindo, portanto, o item 9.9 do edital que norteia o certame, o qual explicitamente dita que:

“9.9 – Caso a empresa arrematante não comprove sua habilitação, será convocado o próximo licitante na ordem de classificação, **SENDO ESTE NOTIFICADO POR E-MAIL E/OU VIA CHAT PARA QUE MANIFESTE SEU INTERESSE EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS**, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.” ...

Falha esta, reconhecida pelo Pregoeiro, que no chat da plataforma Licitações-e confirmou a falha realizada, e a corrigiu, reconvocando a Olympus para que envie os documentos referentes ao item 20, conforme se extrai do print abaixo, bem como, do documento anexo, o qual consta o histórico completo da conversa.

29/02/2020 11:17:44.741 PREGOEIRO

Bom dia. Assiste razão ao licitante OLYMPUS, pois por equívoco este não fora convocado via email conforme é praxe. Estamos corrigindo no BB e torna-se sem efeito a convocação da licitante CARL ZEISS neste momento.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 – 2º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04552-906 – (11) 3046-6400 // 3046-6599 – obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com

Página 2 de 7

DS
GP

OLYMPUS

Conforme se extrai das informações prestadas acima, e do documento enviado em anexo, a correção, e, portanto, **DEVIDA** convocação da reconvida, ocorreu no dia 28/02/2020.

Passado esse fato, a então arrematante fora declarada vencedora do item no dia 13/04/2020, às 11:27:09, conforme extrato do próprio portal.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	28/02/2020 11:18:43:192 - Arrematado
Data/Hora	13/04/2020 11:27:09:012 - Declarado vencedor
Fornecedor	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.
Negociado	R\$ 58.877,38

Momento a partir do qual, se inicia de o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação de interesse de recurso, conforme dita o item 11.2 do edital. **Findando o prazo portanto, no dia 14/04/2020, às 11:27:09.**

11.2. Ao final da sessão pública e declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões imediatamente, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente. Considerar-se-á o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a expressão imediatamente.

No entanto, a recorrente só veio a manifestar sua intenção de apresentar recursos no dia 14/04/2020, às 15:11:23, ou seja, **fora do prazo.**
Fato comprovado, também no histórico do portal já anexado, e recortado abaixo:

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/02/2020 11:17:44:741	PREGOEIRO	Bom dia. Assiste razão ao licitante OLYMPUS, pois por equívoco este não fora convocado via email conforme é praxe. Estamos corrigindo no BB e torna-se sem efeito a convocação da licitante CARL ZEISS neste momento.
28/02/2020 11:54:29:644	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Bom dia Sr. Pregoeiro. Temos interesse no fornecimento dos equipamentos referente ao item 20.
02/03/2020 13:43:58:936	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Segue código de rastreio para conhecimento: SX064219139BR
14/04/2020 14:37:13:607	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso visto que o arrematante não atende tecnicamente ao descritivo do item solicitado em edital.
14/04/2020 15:11:23:531	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSOS VISTO QUE Modelo CX 43 apresentado para Arrematante não possui campo visual de 22 mm. Descumprindo assim ao edital.

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 – 2º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04552-906 – (11) 3046-6400 // 3046-6599 – ob-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com

Página 3 de 7

OLYMPUS

Portanto, a aceitação do presente recurso infringiria diretamente o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, e, portanto, a própria Lei de Licitações, tendo em vista que Edital é bem específico em relação a quando se inicia o prazo para manifestar intenção de recurso, e qual é esse prazo, sendo estes 24 (vinte e quatro horas) após declaração do vencedor.

Vale ressaltar, que não existe nenhuma referência no edital de que serão aceitos recursos no dia após a declaração do vencedor. Não havendo, portanto, qualquer escusa para aceitar referido recurso.

Neste sentido, essencial o reconhecimento da intempestividade do recurso da ora Recorrente, o que desde já se requer.

III – DA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Na hipótese em que, ao arrepio da lei, venha-se a receber o referido recurso, mesmo que gravemente fora do prazo previsto, o mesmo ainda assim não procede, pelo motivo exposto logo a seguir.

ITEM 20 – Microscópio Óptico

A empresa, ora Recorrente, apresentou recurso alegando que a Olympus não atenderia o previsto em edital, pois o equipamento ofertado pela mesma não atenderia a característica exata prevista em edital, sendo essa, especificamente, o trecho o qual trata sobre o campo visual de no mínimo 22mm. Afirmando, portanto, a mesma deveria ser desclassificada.

No entanto, essa afirmação não procede, tendo em vista que o equipamento foi ofertado com todos os materiais necessários para se atender esse requisito, conforme a proposta enviada, bem como, o catálogo que segue em anexo, demonstrando terem todos os itens o número de campo FN22.

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 – 2º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04552-906 – (11) 3046-6400 // 3046-6599 – obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com

Página 4 de 7

DS
QP

OLYMPUS

Nesse mesmo catálogo, no entanto, apenas no tubo de observação, equipamento modelo 3-U224, que compõe o item, foi erroneamente inserido o "número 1" por um erro de digitação, motivo pelo qual o mesmo descreve como "FN 122 capable", no entanto, ressaltamos se tratar de mero erro de digitação, e **declaramos que o tubo de observação é compatível com as óticas, e portanto, o equipamento atende perfeitamente ao termo de referência.**

As objetivas que a Olympus do Brasil oferecem são para campo de até 22mm portanto aceita tubos e oculares com até 22mm, e difere da maioria dos fabricantes, pois para a maioria destes a limitação é da estativa do microscópio, este modelo CX43 aceita tubos e oculares com até 22mm como podem ver abaixo a especificação das objetivas; tubo, oculares e a estativa do CX43 onde informa a utilização da ótica UIS2 sem restrições quando ao FN a ser utilizado, portanto o FN deve ser compatível com a objetiva a ser utilizada, informação esta retirada de manuais técnicos internos da Olympus, onde confirmam a utilização do campo de visão de 22mm na estativa do CX43. Segue a descrição do produto ofertado.

CX43RF, Estrutura de microscópio de sistema óptico UIS2, incluindo sistema de iluminação pré-centralizada Köhler fixa de LED de 2,4 W. Requer configuração com tubos de observação binocular ou trinocular. Estágio direito sem cremalheira de baixo perfil com garras de fixação do estágio e suporte de espécime de lâmina única removível; suporte opcional CX3-HLDT de duas lâminas (4-CX3-HLDT) e CX3-SHP (4-CX3-SHP) disponível; parada do foco do estágio do limite superior; unidade de foco de cremalheira e pinhão; botões de foco coaxiais grossos e finos, curso de movimento grosso de 15 mm, botão de ajuste grosso de 36,8 mm de curso por rotação, ajuste de torque para botão de ajuste grosso, botão de foco fino ajuste mínimo de 2,5µm; faixa de curso do estágio (X × Y): 76mm × 52mm, batente de movimento do estágio XY, escala de posição do espécime; revólver de inclinação interna de 5 posições para objetivas UIS2; Condensador Abbe universal pré-centralizado integrado NA 1,25 com imersão em óleo e diafragma integrado de íris de abertura com 7 posições de torre (incluindo campo escuro e anéis de observação de fase): BF (4 × 100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL (obturador de luz LED transmitida). Pino de bloqueio da torre do condensador (apenas BF). A luz LED também pode conter um filtro opcional de 45 mm com espessura de até 1,6 mm. Observação de polarização simples com polarizador U-POT opcional com filtro de 45 mm montado (U-P110) colocado em poço de luz LED e acessório intermediário simples de polarização CX3-KPA (U-CX3-KPA), analisador opcional U-GAN (U-P803) para observação de cristais de urato e objetivas de polarização UIS2 configurados opcionalmente. Ranhura da extremidade do fundo para o iluminador de fluorescência (KSC-810-CXD e KSC-810-CXX; NOTA: CX43-RFAB; não está disponível para venda nos Estados Unidos e Canadá).

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com

Página 5 de 7

DS
GP

OLYMPUS

Acessórios intermediários opcionais adicionais disponíveis. Adaptador de energia de 100-240 V CA, cabo de energia integrado e suporte do adaptador de CA. Chave Allen de 3 mm e suporte com adesivo. Suportes para fácil portabilidade. Tensão de entrada universal 100-120 V e 220-240 V. Inclui manual do usuário.

- 1-U2B0522 PLCN4X-1-7; Plano CAcromático 4X - Objetiva Seca. Abertura numérica 0,10, FN22, RMS, Distância de trabalho 19mm
- 1-U2B0532 PLCN10X-1-7; Plano CAcromático 10X - Objetiva Seca. Abertura numérica 0,25, FN22, RMS, Distância de trabalho 10,5mm
- 1-U2B0552 PLCN20X-1-7; Plano CAcromático 20X - Objetiva Seca. Abertura numérica 0,40, FN22, RMS, Distância de trabalho 1,2mm
- 1-U2B0572 PLCN40X-1-7; Plano CAcromático 40X - Objetiva Seca. Abertura numérica 0,65, FN22, RMS, Distância de trabalho 0,6mm
- 1-U2B0652 PLCN100XO-1-7; Plano CAcromático 100X - Objetiva com Óleo de Imersão. Abertura numérica 1,25, FN22, RMS, Distância de trabalho 0,13mm
- 3-U224 U-BI30-2-2; Tubo de observação binocular. Inclinação da ocular em 30° e capacidade para FN 22. Design sem poeira do tipo Sedentopf. Aceita oculares da série WH de 30 mm de diâmetro. Prismas revestidos de alta transmissão; tratamento antifúngico. Ajuste de distância interpupilar graduada 50mm-76mm; tubo da ocular esquerda com controle dióptrico de +/- 5.
- 2-U1007 WHN10X-1-7; Campo Vasto 10X Ocular, alta eyepoint ocular, FN 22, 30mm de diâmetro; com prateleira para retícula \square e $\Phi=24\text{mm}$ $\square=1.5\text{mm}$.
- 2-U100H6 WHN10XH-1-7; Campo Vasto 10X Ocular de focalização, alta eyepoint ocular, FN 22, 30 mm \square e \square diâmetro; com prateleira para retícula \square e $\Phi=24\text{mm}$ $\square=1.5\text{mm}$.

Conclui-se, então que a procedência do presente recurso traria grave dano ao órgão público, sendo explorado, intempestivamente pela recorrente, buscando desclassificar um produto que se encontra completo para o uso, **exatamente como é solicitado no termo de referência.**

III - DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, a presente empresa vem à presença de Vossa Senhoria, com o devido respeito, requerer:

1. o acolhimento da presente Contrarrazões, posto que tempestivas;

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - (11) 3046-6400 // 3046-6599 - obl-licitacao@olympus.com
www.olympusamerica.com

Olympus Optical do Brasil Ltda.

OLYMPUS

2. o indeferimento preliminar do recurso, tendo em vista a intempestividade do mesmo;
e
3. caso o mesmo seja recebido intempestivamente, seu indeferimento total em seu mérito, tendo em vista a inequívoca improcedência de sua alegação;

Nestes Termos,
Requer Deferimento.

São Paulo, 23 de abril de 2020.

DocuSigned by:
Daniel Silveira
31A5F9338F474B0

DocuSigned by:
Rodolfo Silva
14BCD44CFF274D9

OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA