



Prefeitura Municipal de São Carlos
Secretaria Municipal de Saúde

PARECER TÉCNICO

À
Divisão de Apoio aos Procedimentos Licitatórios - DAPL

Referência (Pregão) 54/2018
Processo N.º 628/2018
Objeto Registro de preços de lentes de grau
Unidade: SLMM

Com base nos documentos/amostras constantes do processo em análise, os produtos/serviços ofertados pela empresa Dental conceito com produtos odontológicos, CNPJ 29.084.363/0001-34, para o(s) itens/lotes

Não atendem() Atendem às necessidades desta Secretaria, estando ainda o preço proposto condizente com os valores apresentados como referencia para esta aquisição.

Há portanto () Não há, portanto, óbices à aquisição/contratação.

Observações: Baseado no relatório em anexo, analise técnica feita pela enfermeira supervisoras de COM E

São Carlos, 10 de agosto de 2018.

Mariana Henrique Passoni
Farmacêutica - CRF 40903
Chefe de Seção de Logist. de Mat. e Med.
(nome legível e cargo ou carimbo do responsável pelo parecer)

Mariana Passoni
(assinatura do responsável pelo parecer)

Marcos Antonio Palermo
(nome legível e cargo ou carimbo do secretário da pasta)

Marcos Antonio Palermo
Secretário Municipal de Saúde
São Carlos/SP

* É responsabilidade da unidade interessada a verificação das documentações e amostras exigidas no Termo de Referências e da compatibilidade dos preços propostos com os preços de referência. O parecer deve conter manifestação de concordância do(a) secretário(a) da pasta.



Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Saúde

CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

RUA Amadeu Amaral, 555 – Vila Isabel – CEP 13.570-680

Fone : 16. 3368.2044

São Carlos, 03 de agosto de 2018.

Ref.: Considerações sobre o aparelho glicosímetro

Considerações sobre o aparelho Gluco Leader, medidor de glicose, fornecido pela empresa IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉD. HOSP. LTDA, conforme pregão eletrônico nº 054/2018 (Amostra lote 1).

Amostra da embalagem contendo: um aparelho glicosímetro, uma bateria, um guia rápido do usuário: manual do usuário e um “estojo”, de apresentação frágil;

O aparelho glicosímetro foi utilizado no domicílio por dois pacientes, um idoso de 78 anos, uma jovem de 30 anos e uma profissional de saúde – Enfermeira, todos portadores de Diabetes Mellitus.

As expectativas com relação ao manual de instrução contemplam informações claras e de fácil entendimento. O guia rápido é prático e de fácil compreensão.

O manual traz a informação do prazo de validade das tiras, instruções sobre como calibrar o aparelho corretamente, e a maneira certa de descartar o produto, bem como os insumos utilizados.

Um dos pontos negativos apresentados foram que o sensor da tira fica literalmente grudado na parte lateral, o que dificulta a coleta do material, principalmente para paciente idoso que não tem tanta habilidade. A paciente jovem também referiu a mesma dificuldade, tendo que solicitar ajuda a outra pessoa para conseguir coletar o sangue.

Outro ponto negativo foi com relação aos valores apresentados, os quais tiveram considerável divergência, se comparado com outro aparelho em uso.

Nesse sentido, ressaltamos que mais importante do que a facilidade do uso, é a precisão do aparelho, afinal, é baseado nas medições de glicemia capilar que os profissionais médicos e pacientes tomam as decisões sobre o quanto de insulina serão administradas (doses necessárias), até mesmo para fazer uma correção. Se o valor é acima do limite “aceitável”, não podemos arriscar

Sabe-se que nenhum aparelho glicosímetro de uso pessoal é 100% preciso. Muito pelo contrário, a maioria dos medidores de glicose possuem uma margem de erro que pode chegar a 20% comparado a uma medição em laboratório, conforme consta em pesquisas.

Outra desvantagem é com relação à compra da fita de teste, a qual foi feita pesquisa em várias farmácias e drogarias no município e não se obteve sucesso, pois não há disponível facilmente no mercado. A mesma é encontrada para compra em sites na internet, conforme pesquisado pela paciente.



Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Saúde

CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

RUA Amadeu Amaral, 555 – Vila Isabel – CEP 13.570-680

Fone : 16. 3368.2044

Nesse contexto, avaliando os valores que foram muito divergentes, bem como a dificuldade de compra da tira teste, prezando pela qualidade da assistência prestada é que não aprovamos o aparelho apresentado na amostra 1.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Lindiamara Talita Soares

Supervisora de Unidade - CEME

Ilmo. Sra.
Crislaine Aparecida Antonio Mestre
Diretora do DGCA

Crislaine Antonio Mestre
Diretora do Departamento de
Gestão de Serviços Ambulatoriais
São Carlos
06/08/18.

Marcos Antonio Palermo
Secretaria Municipal de Saúde
São Carlos/SP