



Prefeitura Municipal de São Carlos

Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios

“São Carlos, Capital da Tecnologia”

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2018 PROCESSO Nº 1882/2018 RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 08h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.449.930/0006-02, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS (HU-UFSCAR)**.

Da síntese do questionamento do licitante:

I) QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO: ECOCARDIOGRAFO

SOLICITA O EDITAL: "Apresentar taxa de frames no modo 2D de no mínimo 1100 quadros / segundo"

ESCLARECIMENTO: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que este trecho seja MODIFICADO PARA: Apresentar taxa de frames no modo 2D de no mínimo 499 quadros / segundo.

II) QUANTO A SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO TÉCNICO: ECOCARDIOGRAFO E ARCO CIRURGICO

SOLICITA O EDITAL: "5.2.2. Treinamento técnico para equipe técnica da CONTRATANTE, abrangendo procedimentos de manutenção corretiva, preventiva, calibração e quaisquer outros procedimentos técnicos indicados pelo fabricante do equipamento. Além de permitir o desempenho de atividades técnicas com solução de problemas comuns do equipamento após o período de garantia, este treinamento visa qualificar os profissionais para fiscalização de serviços de manutenção e demais intervenções técnicas eventualmente necessárias. Este treinamento deverá envolver todas as partes do equipamento com profundidade equivalente ao fornecido pela CONTRATADA à própria equipe técnica. Poderá ser solicitado 01 (um) treinamento técnico extra durante a vigência da garantia;"
Desejamos esclarecer ao Órgão que a Siemens, detentora do conhecimento a respeito de seus equipamentos e funcionalidades inerentes, provisiona para o equipamento de ECOCARDIOGRAFO e ARCO CIRÚRGICO, um treinamento operacional/técnico de 02 (DOIS) ministrados no local de instalação do PRODUTO, sendo realizados sempre em DIAS ÚTEIS E CONSECUTIVOS, NO PERÍODO DAS 8:00H ÀS 17:00H. Esse treinamento será previamente agendado entre as PARTES, não ocorrendo no mesmo dia da entrega do objeto.

PODEMOS CONSIDERAR QUE A NECESSIDADE DO ÓRGÃO SERÁ SANADA COM O TREINAMENTO FORNECIDO PELA SIEMENS? DESTA FORMA NÃO SERIA NECESSÁRIO O TREINAMENTO TÉCNICO, E SIM APENAS O OPERACIONAL? PEDIMOS ESSA ALTERAÇÃO NO EDITAL PREVENDO A ECONOMICIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Da resposta da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde:

I - A característica solicitada não é exclusiva de um modelo ou fabricante, podendo apresentar variação de 10% do valor solicitado, conforme descrito no termo de referência.

II - O treinamento operacional também deverá ser fornecido pela CONTRATADA, conforme termo de referência. Entretanto, o trecho apresentando refere-se a treinamento técnico para que após o período de garantia, possam ser realizados os primeiros atendimentos e fiscalização de contratos de manutenção de modo adequado.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto Carlos Rossato
Autoridade Competente

Guilherme Romano Alves
Pregoeiro

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro