



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025

PROCESSO Nº 22023/2024

ID 1064812

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS IV, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 11h45, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa **CUSTOM CARE**, pessoa jurídica de direito privado, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTOS:

Interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 016/2025, gostaríamos do seguinte esclarecimento:

No arquivo de Edital publicado não consta as descrições completas dos itens. Exemplo, para os lotes 4 e 10, o material solicitado é "FIO DE SUTURA NYLON 3-0 AGULHADO, FIO DE SUTURA NYLON 4-0 AGULHADO e FIO DE SUTURA NYLON 5-0 AGULHADO". Porém, não é informado as demais características do produto, principalmente o tamanho da agulha requerida. O mesmo acontece para os demais itens, visto que dependendo das características requeridas pelo Município, o valor do produto a ser ofertado pode sofrer alterações.

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conforme questionamento do fornecedor, segue descritivo técnico dos itens solicitados:

ITEM 01 - FIO DE SUTURA NYLON monofilamento preto não absorvível 3-0 estéril, agulha cuticular com 30mm, de 3/8 círculo triangular, comprimento do fio 45 cm. Embalados em envelope em papel rígido, constando todos os dados de identificação e reembalados em papel grau cirúrgico. Acondicionados em caixa com 24 envelopes, constando externamente dados de identificação, procedência e validade do produto. Produto e embalagem devem estar de acordo com normas, legislações vigentes e registro ANVISA.

ITEM 02 - FIO DE SUTURA NYLON monofilamento preto não absorvível 4-0 estéril, agulha cuticular com 20mm, de 3/8 círculo triangular, comprimento do fio 45 cm. Embalados em envelope em papel rígido, constando todos os dados de identificação e reembalados em papel grau cirúrgico. Acondicionados em caixa com 24 envelopes, constando externamente dados de identificação, procedência e validade do produto. Produto e embalagem devem estar de acordo com normas, legislações vigentes e registro ANVISA.

ITEM 03 - FIO DE SUTURA NYLON monofilamento preto não absorvível 5-0 estéril, agulha cuticular com 20mm, de 3/8 círculo triangular, comprimento do fio 45 cm. Embalados em envelope em papel rígido, constando todos os dados de identificação e reembalados em papel grau cirúrgico. Acondicionados em caixa com 24 envelopes, constando externamente dados de identificação, procedência e validade do produto. Produto e embalagem devem estar de acordo com normas, legislações vigentes e registro ANVISA.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Bruno Duarte Laranja
Autoridade Competente

Leonardo Luz
Pregoeiro

Carlos Ferro
Membro